

上部消化管汎用ビデオスコープ

(経鼻用)

仕様書

九段坂病院

製品名	上部消化管汎用ビデオスコープ（経鼻用）
数量	1 式
使用目的	上部消化管（消化器分野の体内管腔）、及び咽頭の観察、診断、撮影、治療と、口腔の観察、診断、撮影を行う事
<b>【製品仕様】</b>	
1-1	内視鏡室で稼働しているVP-7000システムと接続可能なこと。
1-2	スコープの視野角は、140° 以上であること。
1-3	スコープの観察範囲（視野範囲）は、2mmから100mmの範囲であること。
1-4	スコープの先端部径は、5.8mm以下であること。
1-5	鉗子口の最小径が2.4mm以上の鉗子チャンネルが搭載されていること。
1-6	CMOSセンサーを採用し、ハイビジョン画質が描出出来ること。