

全身用X線コンピュータ断層撮影装置
磁気共鳴断層撮影装置
保守業務委託

仕様書

国家公務員共済組合連合会
九段坂病院

- 1 業務件名 全身用X線コンピュータ断層撮影装置 一式
磁気共鳴断層撮影装置 二式
保守業務委託
- 2 履行場所 東京都千代田区九段南 1-6-12
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
- 3 契約期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日
- 4 対象機器
 - ・全身用X線コンピュータ断層撮影装置
Optima CT660 UP 一式
 - ・磁気共鳴断層撮影装置 Discovery MR750w 3.0T 二式
- 5 保守内容 (全身用X線コンピュータ断層撮影装置
Optima CT660 UP 一式)

<保守契約対象機器>

- 撮影テーブル
- ガントリ
- オペレーターコンソール
- 各種キャビネット類
- 診断、読影コンソール
- 各種モニタ
- 各種記憶装置
- システムソフト、アプリケーションソフト等
ソフトウェア一式

<対象メンテナンス業務>

*標準保守業務を◆、特別保守業務を◎で示す

- ◆ サポート業務
- ◆ 故障修復業務
- ◆ 点検整備業務
- ◆ 操作支援業務
- ◆ 補用品サポート
- ◆ iCenter

- ◆ リモートサービス業務
(回線所有者 乙)
(提供レベル：リモート修復サポート業務)
- ◆ TipVA

(遠隔アプリケーショントレーニングサービス)

◎ OnWatch2.0 LITE

◎ORiGEN Basic サービス

◎ IVYECG モニター (クロノスメディカルデバイス)

◎ X線管特約 (Tube Care)

<本契約業務実施時期および点検回数>

● 訪問点検整備業務:

(指定平日) 9:00~22:00

(定期点検回数) 4回/年

● 故障修復業務:

(指定平日) 0:00~24:00 (その他の日) 0:00~24:00

● 電話による修復サポート業務:

(指定平日) 0:00~24:00 (その他の日) 0:00~24:00

● 部品供給受付:

(指定平日) 0:00~24:00 (その他の日) 0:00~24:00

● リモートサービス業務:

(指定平日) 0:00~24:00 (その他の日) 0:00~24:00

● 操作支援業務:

(指定平日) 9:00~18:00

7 保守内容 (磁気共鳴断層撮影装置 Discovery MR750w 3.0T 二式)

<保守契約対象機器>

GE 製機器

● 走査マグネット/ガントリ

● 撮影テーブル

● オペレーターコンソール

● 各種キャビネット類

● 冷却水循環装置及び冷凍機

● 標準コイル類

● 各種モニタ

● 各種記憶装置

● システムソフト、アプリケーションソフト等

ソフトウェア一式

<対象メンテナンス業務>

*標準保守業務を◆、特別保守業務を◎で示す

◆ サポート業務

◆ 故障修復業務

- ◆ 点検整備業務
 - ◆ 操作支援業務
 - ◆ 補用品サポート
 - ◆ iCenter
 - ◆ リモートサービス業務
(回線所有者 乙)
(提供レベル：リモート修復サポート業務)
 - ◆ TipVA
(遠隔アプリケーショントレーニングサービス)
 - ◎ オプションコイル
対象コイルは別紙オプションコイルリストの通り
 - ◎ OnWatch2.0 LITE
 - ◎ ORiGEN Basic サービス
 - ◎ 液体ヘリウム特約 (Stay Cold)
- <本契約業務実施時期および点検回数>
- 訪問点検整備業務：
(指定平日) 9:00～22:00
(定期点検回数) 2回/年
 - リモート点検業務：
(リモート点検回数) 2回/年
 - 故障修復業務：
(指定平日) 0:00～24:00 (その他の日) 0:00～24:00
 - 電話による修復サポート業務：
(指定平日) 0:00～24:00 (その他の日) 0:00～24:00
 - 部品供給受付：
(指定平日) 0:00～24:00 (その他の日) 0:00～24:00
 - リモートサービス業務：
(指定平日) 0:00～24:00 (その他の日) 0:00～24:00
 - 操作支援業務：
(指定平日) 9:00～18:00

以上