

インジェクター
保守業務委託契約
仕様書

国家公務員共済組合連合会

九段坂病院

- 1 業務件名 インジェクター保守業務委託
- 2 履行場所 東京都千代田区九段南 1-6-12
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
- 3 業務概要
契約期間内の保守点検の実施と、緊急時や正常な使用状態のもとで故障した場合、早急な技術者の派遣と修理を実施する。なお受付時間は、月～土曜日(祝祭日を除く)の9時から18時までの時間内とする。
- 4 契約期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日
- 5 対象機器
 - ・デュアルショット GX7 天井懸垂装置付き S/N:KCA01094
 - ・ソニックショット 7 S/N:EMA10249
 - ・ソニックショット 7 S/N:EMA10251
- 6 定期点検の有無・実施回数
契約期間内に1回実施
- 7 点検内容
 - ・シリンジ取り付け部(目視検査、操作確認、清掃)
 - ・ヘッド操作部(目視検査、操作確認、操作感覚確認、清掃)
 - ・コントロールパネル操作面(目視検査、操作確認、清掃)
 - ・コントロールパネル裏面(目視検査、清掃)
 - ・ヘッド接続ケーブル(目視検査、調整、清掃)
 - ・延長ケーブル(接続部)(目視検査、調整、清掃)
 - ・電気安全性試験(実測検査)
 - ・ヘッドアーム(目視検査、操作感覚確認、調整、清掃)
 - ・ヘッド内部(目視検査、調整、清掃)
 - ・外観(目視検査、清掃)
 - ・性能(注入速度・量・圧力)(実測検査、調整)
- 8 報告書
定期点検及び故障修理作業終了後、報告書を提出
- 9 費用負担
定期点検時の部品交換や修理対応でかかる費用は契約金額に含まれる。
- 10 契約適用外事項
以下の各項に掲げた事項は本契約の適用除外事項とし、その都度協議の上作業を実施する。
 - (1) 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷。
 - (2) 指定技術者以外の者による修理分解または改造がなされたことが起因となる故障及び損傷。
 - (3) 納入後の移動または輸送による故障及び損傷。
 - (4) 自然災害及び施設設備故障による故障及び損傷。

11 その他

- (1) この仕様書に明記のない場合においても、技術的、並びにその性質上必要なものについては、誠意をもって施行すること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項または疑義が生じた場合、及び甲の都合により変更が生じた場合には、双方が協議のうえ決定する。

以上