

振動ヘッド付  
空気圧式マッサージ器の導入

仕様書

国家公務員共済組合連合会  
九段坂病院

1 件 名

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院  
振動ヘッド付空気圧式マッサージ器の導入

2 品名、規格及び数量

振動ヘッド付空気圧式マッサージ器 1式

3 構成

構成は下記の通りである

振動ヘッド付空気圧式マッサージ器本体	1台
ハンドピース	1個
クラシックアプリータ R040	1個
D-Actor アプリータ D20-S	1個
ガイドチューブ	2個
ピストン	3個
シーリングセット	1個
ジェル 250ml	1本
ブラシ	2個
六角レンチ	1個
スパナ	1個
電源ケーブル	1個

4 要件

振動ヘッド付空気圧式マッサージ器は以下の要件を満たしていること

- 1 寸法は 40(L)×49(W)×29(H) cm 以内であること
- 2 出力調整はダイヤル調整式で、0.1bar 単位で調整できること
- 3 出力は 1.0～5.0bar の範囲で調整できること
- 4 液晶上でパルスカウンター表示、出力表示、周波数表示ができること
- 5 スタートボタンを押した後、2000 パルス毎に動作を一時停止すること
- 6 本体に持ち運び用ハンドルを搭載していること

5 使用目的

身体の筋肉構造の刺激・マッサージに使用

6 納入場所

東京都千代田区九段南 1-6-12 九段坂病院

納品の確認後、受領印を押した受領書等を提出すること。

7 履行期間

2025年5～6月

8 取引条件

支払いについては月末締め翌月25日払いとする。25日が土日祝日の場合、翌日営業日に支払いをする。ただし、請求書は翌月3営業日までに用度課に提出すること。(PDFもしくは郵送)