

自動採血管準備装置の更新
仕様書

国家公務員共済組合連合会
九段坂病院

1 件 名

自動採血管準備装置の更新

2 納入場所

東京都千代田区九段南 1-6-12 2階 採血室

納品の確認後、受領印を押した受領書等を提出すること

3 履行期間

令和 7 年 8 月～令和 8 年 3 月までに納品すること

4 要件

自動採血管準備装置については、以下の要件を満たすこと

- 4-1 既設の採血業務支援システム AssistMore と連携できること
- 4-2 ラベルのセットは、給紙から台紙の巻き取りまでを自動で行う機能を有していること
- 4-3 18 種類以上の採血管にバーコードラベルの自動貼付ができること
- 4-4 ラベル貼付前に採血管の管長、管径、キャップ色を判定し、異なる採血管であれば検知してディスプレイに警告表示する機能を有していること
- 4-5 バーコードラベル付き採血管に再度バーコードラベルを貼りつける場合、ラベルを剥がすことなくラベル位置を同位置にエッジを合わせ、1mm 以内の誤差で重ね貼りができる機能を有していること
- 4-6 バーコードラベル自動貼付機構部は 3 ケ所以上あること
- 4-7 プリンタ部・貼り付け部・採血管方向検知部が 3 組有り、そのうちの 1 組が故障した場合に残りの 2 組で 18 種類の採血管すべてが自動貼付できること
- 4-8 自動貼付機構部への管の搬送ラインは 3 組存在し、1 組が故障しても、他方の搬送ラインは使用できること
- 4-9 3 組のラベル貼付機構部が全て使用できなくなった場合には、採血管と手貼りラベル、採血指示票をトレイに入れて準備できること
- 4-10 装置にセットされた採血管の種類を認識する機構があり、セットする場所を変更しても自動的に判定する機能があること
- 4-11 発行頻度の高い採血管の自動貼付ができなくなった場合でも、簡単に供給場所を変更し、業務を続行することができ、手貼りに移行する事を最小限に抑える機能を有していること
- 4-12 準備済みトレイは平面で 3 個以上待機できること
- 4-13 準備済みトレイを積み重ねる機能を有し、自動で 20 個以上積み重ねができること

以上