

手術支援ロボット導入に伴う
中央材料室設備の更新
仕様書

国家公務員共済組合連合会
九段坂病院

1. 件 名

手術支援ロボット導入に伴う中央材料設備の更新

2. 発注者：国家公務員共済組合連合会 九段坂病院(以下、病院)

3. 納入場所

東京都千代田区九段南 1-6-12 中央材料室

納品の確認後、受領印を押した受領書等を提出すること。

4. 履行期間

2026 年 2 月～2026 年 3 月

5. 要件

5-1. ジェットウォッシャー本体及び付帯設備は次の要件を満たすこと

5-1-1. インテュイティブサージカル社製 da Vinci SP の洗浄に適したジェットウォッシャー一式を導入すること。

5-1-2. 導入に際して既存で設置しているベリメド社 WD200 1 台との入れ替え、及び当該機器の撤去も含むこと。

5-2. 洗浄用のシンクは次の条件を満たすこと。

5-2-1. 恒温槽 1 槽を含むシンク幅 80cm の 3 槽式シンクを導入すること。

5-2-2. シンク導入に際して既存で設置しているシンクとの入れ替え、及び当該器具の撤去も含むこと。

5-2-3. シンクの設置場所は現場とよく相談し決めること。

5-2-4. 3 槽式シンクにはインテュイティブサージカル社が納品するエアーガン及びウォーターガンが取り付け可能な水栓を設けること。

5-2-5. 洗浄装置で使用する洗剤は、洗浄装置内部に収納できる構造であること

5-3. 作業工程は下記の条件を満たすこと。

5-3-1. 中央材料室における洗浄業務の運用を止めての作業は、手術件数の少ない土曜・日曜日で行うとし、翌日からは稼働できる状態にすること。

5-3-2. 洗浄業務の運用を止めない範囲で、別の土曜・日曜日にパネル等を外し仮設状態にする作業を行ってもよいこととする。

6. 取引条件

支払いについては納入月の月末締め翌月 25 日までの支払いとする。ただし、請求書は翌月 3 営業日までに用度課に提出すること。(PDF もしくは郵送)

以上