ベッドパンウォッシャー

３式の更新

仕様書

国家公務員共済組合連合会

九段坂病院

１件　　名
　ベッドパンウォッシャー３式の更新

２納入場所
　東京都千代田区九段南 1-6-12　九段坂病院　７階病棟、９階病棟、１１階病棟
　納品の確認後、受領印を押した受領書等を提出すること。

３履行期間
　2027 年 3 月までに納品すること

４取引条件
４-１分割納品を可能とする。ただし２０２７年３月までには完納することとし、納品書及び請求書は一式の納品ごとに発行する
４-２支払いについては月末締め翌月 25 日払いとする。25 日が土日祝日の場合、翌日営業日に支払いをする。ただし、請求書は翌月 4 営業日までに施設用度課に提出すること。(PDF もしくは郵送)

５要件
５-１仕様書概要説明
５-１-１調達の背景及び目的
　病棟内では、病院という性格上から様々な汚物が発生する。従来の汚物処理は看護師や看護助手が手作業にて洗浄、薬液消毒を行っておりこれらの手法では個人差が発生し細菌の種別により、希釈度、温度、時間のコントロールが繁雑となる。この汚物、汚染物の処理は、院内感染防止上の立場から、また作業効率を向上するため出来るだけ中央化が望ましい
　しかし、汚物、汚染物の性格上、病棟で処理せざるを得ない物、また病棟内で処理した方が院内感染防止上の観点から望ましい汚物、汚染物がある。よって、全自動汚物容器洗浄消毒装置を導入することで、汚れ及び病原体に対する安全で確実な除去を実現し、本院としてより一層の院内感染予防体制の向上等を図るものである
５-２調達物品及び構成内訳
全自動汚物容器洗浄消毒装置(扉開閉自動式)　３式
以上、搬入、据付、調整、給水及び給湯の接続工事を含む。また詳細については「技術的要件」に示す。
５-３技術的要件の概要
５-３-１本件調達物品に係る性能、機能及び技術（以下「性能等」という。）の要件要求（以下「技術的要件」という。）は、「Ⅱ．調達品目の備えるべき技術的要件」に示すとおりである
５-３-２技術的要件は、全てが必須の要求要件である

５-３-３必須の要求要件は本院が必要とする最低限の必要要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていない場合には、落札決定の対象から除外する
５-３-４入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は、複数の本院技術審査職員において、入札機器に係わる技術仕様書、その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
５-４その他
５-４-１仕様に関する留意点
入札機器は、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分説明できる資料及び確約書等を提出すること
５-４-２導入スケジュール
機器の導入スケジュールは本院と協議することとし、その指示に従うこと
５-４-３洗浄物に関する留意点
全自動汚物容器洗浄消毒装置では、蒸気を使用して消毒を行うため洗浄可能な尿器・便器に関して導入前に破損等がないよう説明すること

６調達物品に備えるべき技術的要件等
６-１全自動汚物容器洗浄消毒装置
全自動汚物容器洗浄消毒装置は、下記の要件を満たすこと
６-１-１汚物が入った便･尿器を原則としてそのままセットするだけで処理を実現すること
６-１-２汚物容器を作業者の正面からセットする前面ドア方式であり、ドアは自動により開閉し始動スイッチを押すと洗浄、消毒、乾燥ないし乾燥促進の全工程を自動的に実現すること
６-１-３器具の汚れに応じた３種類以上の洗浄プログラムを選択できるスイッチを有していること
６-１-４扉の開閉は赤外線センサー又は、フットペダルで自動開閉式であること
６-１-５蛋白凝固防止のため、最初に冷水洗浄の後、温水洗浄すること
６-１-６機器本体内に貯水タンクがある為、水圧による洗浄効果の差をなくし、均一な洗浄効果を得ること
６-１-７被洗浄物の内側、側面、背面、底面等から洗浄できる構造で、洗浄ノズル構成として固定４以上、回転４以上、合計 12 個以上を有していること
６-１-８洗浄完了後、独立した内蔵水蒸気発生器による熱消毒を実現していること
６-１-９新しい洗浄・消毒装置の国際規格 ISO１５８８３－３に認証した A0 値による消毒管理ができる機能を有していること
６-１-１０A0 値は６０及び６００の設定が可能であること
６-１-１１毎回、ノズルを消毒できる為消毒剤を用いる必要性がないこと
６-１-１２ポンプによるリンス剤（水滴付着防止剤）自動ミキシング機能を標準装備していること

６-１-１３最終工程で乾燥促進機能を有していること
６-１-１４扉は蒸気が一切外部に漏れない完全密閉式であること
６-１-１５工程の進行状況を日本語（カタカナないし漢字）で表示すること
６-１-１６運転中は安全装置によりドアが開かないこと
６-１-１７トラブル発生の際は自動的に緊急停止してエラーの内容を表示すること
６-１-１８温度制御は、洗浄槽内の一番条件の悪い場所での制御を行っており、さらにセンサーでより精密温度管理を行っている
６-１-１９排水詰りセンサーを標準装備していること
６-１-２０便器、尿器、ポータブルトイレ用バケツ等を洗浄するための専用ラックを　付属していること
６-１-２１ガーグルベースンを４個同時に洗浄できること
６-１-２２主たる材質はステンレス製であること
６-１-２３電源は３相、もしくは単相 200V アース付き設計であること
６-１-２４本体サイズは W500mm×D550mm×H1730mm 以内であること

７性能・機能以外に関する要件
７-１設置条件等
　設置条件等については、以下の要件を満たすこと
７-１-１本院が用意した一次設備（電気、水道、給湯、排水）以外に必要な設備がある場合は納入業者において用意すること
７-２搬入、据付及び調整等
　搬入、据付及び調整等については、以下の要件を満たすこと
７-２-１搬入、据付、調整については、本院担当職員と相談のうえ適正に行うこと
７-３保守体制
　保守に関しては以下の要件を満たすこと
７-３-１通常の使用で発生した故障の修理及び定期点検を実施できる体制であること
７-３-２機器の納入後一年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること
７-４障害時支援体制
　障害支援体制については、下記の要件を満たすこと
７-４-１障害発生時において、復旧の為の通報を受けてから速やかに現場対応出来る体制であること
７-５その他
７-５-１医師及び看護師等に対して、機器の導入後、本院が指定する日時・場所で教育訓練を行うこと
７-５-２操作マニュアルは各機器について、日本語版を機器１台あたり１部提供すること

8 既据置機 3 式の撤去及び廃棄について

8 - 1 廃棄は発注者が行うものとする

8 - 2 撤去費用及び粗大ごみ置き場までの移動のみ入札に含めることとする

8 - 3 廃棄費用は入札に含めない

以上