

仕 様 書

1. 件名

閉鎖循環式麻酔システムの保守契約

2. 保守契約対象機器

「閉鎖循環式麻酔システム」 GE製 Aisys CS 1式 (システムNo. KL0137 スペクトロライトコンパクトエアウェイ
モジュールシステム No. FW0421 含む)

GE製 Carestation 650 3式 (システムNo. KP1417, KP1418, KP1419)

3. 作業場所

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院・手術室

4. 契約期間

令和6年10月1日から令和9年9月30日まで (3年間)

5. 作業内容

契約期間を通じ、保守対象機器が常に最良の性能を維持し、装置本来の使用目的に支障をきたすことのないよう、次のとおり点検・調整を行うものとする。

① 定期点検

受注者は、年に1回技術者を派遣し、対象機器が正常に動作するよう点検整備を行うものとする。

② 年間保守 (故障対応含む。)

受注者は、契約期間中に発生した故障等について、発注者から通報を受けた場合には直ちに技術者を派遣し、不良部品の交換及び整備調整を行うなど適切な措置を講じるものとする。その際に使用した交換部品及び技術料は全て本契約に含まれるものとする。

5. 損害の負担

受注者は、作業に際して、本院の建物・設備等に損傷を与えぬようあらかじめ適切な養生を行うものとし、万一損傷を与えた場合には速やかに報告し、その復旧に要する費用については受注者の負担とする。

6. 機密保持

発注者及び受注者は、本契約の履行にあたり知り得た相手方の情報をそれらの承諾なく第三者に漏洩してはならない。

7. 完了報告書

完了報告書は、国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 担当職員に提出するものとする

8. 特記事項

本仕様書に定めない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。