

1 全身用X線CT診断装置コンソール

- 1 - CTコンソール
- 1 - 1 CTコンソールに関しては次の条件を満たすこと。
- 1 - 1 - 1 既存操作コンソールを最新のコンソールZ8G4Iに入れ替えること。
- 1 - 1 - 2 CPUはDual Intel Xeon Silver 4116 CPU 2.1GHz 12c/24t 相当以上であること。
- 1 - 1 - 3 Main Memoryは 95GB (6x16GB) DDR4 16GB ECC 288-Pin Registered DIMM 2666MT/s 相当以上であること。
- 1 - 1 - 4 Scan Data Hard Disk は1.5TB 相当以上であること。
- 1 - 1 - 5 体内金属アーチファクト低減を行うソフトを有すること。
- 1 - 1 - 6 既存操作コンソールと接続している機器とは継続して接続できること。